

松山市学校給食用食材に係る放射性物質の自主測定結果

測定日： 令和 7 年 5 月 29 日（木曜日）

測定実施主体：松山市教育委員会（保健体育課）

測定機器：ヨウ化ナトリウム NaI（TI）シンチレーション検出器ガンマ線スペクトロ
メトリー放射能測定システム（モデル GEM-12）スウェーデン王国 ガンマデー
タ・インストゥルメント社製

測定方法：食品中の放射性セシウムスクリーニング法（厚生労働省医薬食品局食品安全部
監視安全課通知）

No.	原産地	加工地	品目	結果(Bq/kg)		使用予定 調理場名	使用予定日
				Cs-134	Cs-137		
1921	北海道	宮城県 多賀城市	(海藻類) 乾燥 カットわかめ	検出されず (<6.7)	検出されず (<8.0)	久枝、久米 松山南 三津浜、北条	6月2日
						桑原西・東 城北 味生、垣生	6月6日
1922	宮城県 千葉県	宮城県 気仙沼市	(魚介類) 冷凍 いわしの梅煮	検出されず (<6.0)	検出されず (<7.1)	日浦	6月4日
						久枝	6月12日
1923	茨城県		(青果物) キャベツ	検出されず (<6.4)	検出されず (<7.6)	桑原西・東	6月3日

(注) 1 結果欄の括弧内の計数は、測定時点における検出限界値を示す。

2 結果欄の「検出されずく(X)」の表記は、測定時点での検出限界値未満であることを示す。

3 食材の使用については、測定日時点の予定であり、急遽変更することがある。

(食品衛生法に基づく基準値)

一般食品（飲料水、牛乳、乳児用食品以外の食品）：100 Bq/kg