

松山市学校給食用食材に係る放射性物質の自主測定結果

測定日： 令和 7 年 6 月 5 日 （木曜日）

測定実施主体：松山市教育委員会（保健体育課）

測定機器：ヨウ化ナトリウム Na I （T I）シンチレーション検出器ガンマ線スペクトロ
メトリー放射能測定システム（モデル G E M－1 2）スウェーデン王国 ガンマデー
タ・インストゥルメント社製

測定方法：食品中の放射性セシウムスクリーニング法（厚生労働省医薬食品局食品安全部
監視安全課通知）

No.	原産地	加工地	品目	結果(Bq/kg)		使用予定 調理場名	使用予定日
				Cs-134	Cs-137		
1924	三重県 岩手県 宮城県 など	三重県 伊勢市	(海藻類) 乾燥 海藻サラダ ミックス	検出されず (＜6.1)	検出されず (＜7.4)	味生	6月12日
						久枝、浮穴、久米 松山南、三津浜	6月20日
1925	千葉県	愛知県 豊川市	(青果物) マッシュルーム (スライス)水煮	検出されず (＜6.1)	検出されず (＜7.4)	桑原西・東	6月10日
						北条	6月13日
1926	青森県		(青果物) だいこん	検出されず (＜5.8)	検出されず (＜6.9)	湯山	6月10日

(注) 1 結果欄の括弧内の計数は、測定時点における検出限界値を示す。

2 結果欄の「検出されず<(X)」の表記は、測定時点での検出限界値未満であることを示す。

3 食材の使用については、測定日時点の予定であり、急遽変更することがある。

(食品衛生法に基づく基準値)

一般食品（飲料水、牛乳、乳児用食品以外の食品）：100Bq/kg