

松山市学校給食用食材に係る放射性物質の自主測定結果

測定日： 令和 8 年 9 月 3 日 （木曜日）

測定実施主体：松山市教育委員会（保健体育課）

測定機器：ヨウ化ナトリウム Na I （T I）シンチレーション検出器ガンマ線スペクトロ
メトリー放射能測定システム（モデル G E M－1 2）スウェーデン王国 ガンマデー
タ・インストゥルメント社製

測定方法：食品中の放射性セシウムスクリーニング法（厚生労働省医薬食品局食品安全部
監視安全課通知）

No.	原産地	加工地	品目	結果(Bq/kg)		使用予定 調理場名	使用予定日
				Cs-134	Cs-137		
2018	宮城県 岩手県	埼玉県 鴻巣市	(乾)カットわかめ (国産)	検出されず (< 6.3)	検出されず (< 7.4)	久枝、浮穴、久米 松山南、三津浜 北条	9月4日
						城北・垣生・湯山 桑原東・西・新玉 味生	9月7日

(注) 1 結果欄の括弧内の計数は、測定時点における検出限界値を示す。

2 結果欄の「検出されず<(X)」の表記は、測定時点での検出限界値未満であることを示す。

3 食材の使用については、測定日時点の予定であり、急遽変更することがある。

(食品衛生法に基づく基準値)

一般食品（飲料水，牛乳，乳児用食品以外の食品）：1 0 0 Bq/kg